

Протокол №17 об итогах проведения закупа медицинского оборудования

Камыстинская районная больница 28.10.2022 год

1. Тендерная комиссия в составе: И.о главного бухгалтера (на время отпуска) Сулейменова А.Н., фармацевт Теганова П.В., юрисконсульта Ройко.О.В., гл. медсестры Сагандыкова М.А., секретарь комиссии Богданова А.Б рассмотрела заявки по запусу медицинского оборудования способом проведения тендера.

2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) в тенге по каждому лоту отдельно:

№	Наименование	Ед. изм	Кол -во	Цена	Сумма	Сроки поставки
1	Электрокардиограф	шт	4	2 465 341	9 861 364	15 календарных дней со дня поступления заявки от заказчика
2	Холодильная камера на 2 трупа	шт	1	19 341 600	19 341 600	15 календарных дней со дня поступления заявки от заказчика
Итого				29 202 964		

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков
1	ТОО « ОрдаМед Костанай»
2	ТОО «Caspian Lab»
3	ИП «MEDGROUP»
4	ИП «Chinatown»

4. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения и № лота
1	ТОО «ОрдаМед Костанай»	По лоту №1 на основании пп.7), п.130-39 Правил №375, «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил (экспертное заключение в приложение №1 к настоящему Протоколу);
2	ИП «MEDGROUP»	По лоту №1 на основании пп.7), п.130-39 Правил №375, «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил (экспертное заключение в приложение №1 к настоящему Протоколу);

--	--	--

5. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

№	Наименование	Ед. изм	Кол -во	Цена	Сумма	Сроки поставки
1	ТОО «Caspian Lab»	шт	4	2 347 944	9 391 776	15 календарных дней со дня поступления заявки от заказчика
2	ИП «Chinatown»	шт	1	19 340 000	19 340 000	15 календарных дней со дня поступления заявки от заказчика
Итого					28 731 776	

6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

1) признать **выигравшей заявку участника тендера:** ТОО «Caspian Lab», ИП «Chinatown»

№	Наименование	Ед. изм	Кол -во	Цена	Сумма	Сроки поставки
1	ТОО «Caspian Lab»	шт	4	2 347 944	9 391 776	15 календарных дней со дня поступления заявки от заказчика
2	ИП «Chinatown»	шт	1	19 340 000	19 340 000	15 календарных дней со дня поступления заявки от заказчика
Итого					28 731 776	

2) признать следующих участников тендера, предложение которых являются **вторыми после предложения победителя:**

№	Наименование и адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Заявленное торговое наименование
-	-	-	-	-

3) Заказчику КГП «Камыстинская РБ», согласно п.130-43, Гл.9-1 Правил, в срок до «31» октября 2022 года заключить договор о закупках с ТОО «Caspian Lab» и ИП «Chinatown».

Информация о привлечении экспертной комиссии: Привлечена экспертная комиссия, заключение прилагается в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

4) Организатору закупок КГП «Камыстинская РБ» разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.

За данное решение проголосовали:

ЗА – И.о главного бухгалтера (на время отпуска) Сулейменова А.Н, фармацевт Теганова.П.В., юристконсульт Ройко.О.В., гл. медсестры Сагандыкова М.А.

Против -.

Секретарь А.Б.Богданова
Главный врач А.Г. Исекова



Приложение № 1
к Протоколу № 17 об итогах проведения закупа
медицинского оборудования от 28.10.2022г

После рассмотрения технической спецификации потенциальных поставщиков были выявлены следующие несоответствия, о чем составлено следующее экспертное заключение:

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	Заявленные параметры (Электрокардиограф 12- канальный SE-12 Express в комплекте)	Разъяснение преимуществ или несоответствий
Поддержка работы с внешним сканнером штрих-кода.	Не соответствует: В регистрационном удостоверение требуемая позиция не зарегистрирована	В регистрационном удостоверение: РК-МТ- 7№014124 позиция «Сканнер штрих-кода» - не зарегистрирована. исходя из этого можно сделать вывод, что поставщик недобросовестно указал ложную информацию, чтобы соответствовать техническому заданию и ввести в заблуждение тендерную комиссию. Наличие позиции «Сканнер штрих-кода» важно для возможности дальнейшего доукомплектования аппарата, расширения его функционала. Назначение «Сканнер штрих-кода» - сканирование браслетов пациента убирает необходимость в рутинном заполнении id пациента, уменьшает количество затраченного времени на проведении процедур путем моментального считывания id с штрих

		кода. Так же исключается человеческий фактор.
Электродный гель. Объем не менее 250 мл. - 1 шт.	Не соответствует: Электродная паста (65ml) - 1 шт.	В регистрационном удостоверение: РК-МТ-7№014124 зарегистрирована позиция «Электродная паста (65ml)», в предоставленной технической спецификации количество комплектуемого геля прописано как 1 шт., из чего следует, что один флакон на 65 мл – не соответствует требуемому по техническому заданию флакону на 250 мл. Из чего можно сделать вывод, что поставщик недобросовестно скопировал данные с целью соответствовать техническому заданию и ввести в заблуждение тендерную комиссию.
Характеристики памяти аппарата: Встроенная память: 800 фрагментов ЭКГ.	Не соответствует: Характеристики памяти аппарата: Встроенная память: 800 фрагментов ЭКГ.	На сайте производителя: https://edan.su/12-kanalnyy-kardiograf-se-12-express указано что встроенная память рассчитана на 500 исследований. Для выяснения достоверности предоставляемой информации, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что встроенная память рассчитана на 800 исследований (именно встроенная, не опционально расширенная).

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	Заявленные параметры (Электрокардиографы модели Cardio 7)	Разъяснение преимуществ или несоответствий
Дисплей – цветной, с сенсорным управлением. Диагональ дисплея – не менее 12,1 дюймов. Разрешение дисплея – не хуже 800 x 600.	Не соответствует: Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800 x 400 пиксель.	Не соответствие по диагонали, по разрешению дисплея, требуемым в техническом задании. Наибольший размер дисплея и разрешение, имеет преимущество по качеству визуализации параметров, тем самым увеличивает эргономичность и комфорт работы мед. персонала.
Клавиатура: Стандартная PC буквенно – цифровая клавиатура, кнопки для ввода данных.	Не соответствует: Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура, или отдельная цифровая клавиатура) кнопки и вращающийся переключатель.	Работа на сенсорной клавиатуре имеет ряд недостатков перед физической клавиатурой: Отсутствие тактильного ощущение нажатия клавиши в сочетании с более продолжительным временем отклика приводит к затрачиванию большего времени на заполнении необходимых данных, неосторожный взмах/манипуляция по сенсорному экрану пальцем/стилусом может привести к некорректному введению данных. Физическая клавиатура лишена этих недостатков и имеет ряд преимуществ перед сенсорным экраном, физические клавиши дают следующие возможности: быстрота ввода данных, моментальный отклик, наличие тактильного ощущения нажатия клавиши, фактически полное отсутствие

		возможности случайного ввода не правильных данных.
Встроенная память: не менее 800 фрагментов ЭКГ	Не соответствует: Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ(на внутренней флэш-памяти)	Аппарат существенно уступает по количеству возможности сохранения данных на внутреннем носителе требуемым в техническом задании. Невозможность сохранить 680 параметров является крайне существенным несоответствием, что может негативно сказаться на работе с аппаратом, невозможность сохранять и в случае необходимости считывать результаты на большом временном периоде, поскольку из-за ограниченных возможностей объема памяти, сохраненные данные будут заменяться более новыми.
Опционально: возможно увеличение памяти за счет U-диска, SD-карты или Флэш-карты.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемой функции	Отсутствует описание возможности доукомплектовать аппарат дополнительными накопителями памяти, требуемой в техническом задании, что крайне важно в случае, если внутреннего хранилища данных будет недостаточно, что в свою очередь создаст необходимость в дополнительных возможностях по увеличению памяти, для недопущения потери ранее сохраненных данных.
Поддержка работы с внешним сканнером штрих-кода.	Не соответствует: В регистрационном удостоверение требуемая	В регистрационном удостоверение: РК-МТ-7№010814 позиция

	позиция - не зарегистрирована	«Сканнер штрих-кода» - не зарегистрирована. исходя из этого можно сделать вывод, что поставщик недобросовестно указал ложную информацию, чтобы соответствовать техническому заданию и ввести в заблуждение тендерную комиссию. Наличие позиции «Сканнер штрих-кода» важно для возможности дальнейшего доукомплектования аппарата, расширения его функционала. Назначение «Сканнер штрих-кода» - сканирование браслетов пациента убирает необходимость в рутинном заполнении id пациента, уменьшает количество затраченного времени на проведении процедур путем моментального считывания id с штрих кода. Так же исключается человеческий фактор.
Литиевая аккумуляторная батарея: Время работы: обеспечивает непрерывная работа в течение не менее 4 часов (печать не менее 150 экз. кардиограммы).	Не соответствует: Батарея (NI-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ)	Батарея (NI-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Не соответствует, так как работа от аккумуляторной батареи, значительно ниже. Бесперебойная работа от аккумуляторной батареи без подключения к сети позволяет не прерывать работу с аппаратом, что крайне важно в кадио мониторинге, а так же позволяет выполнить безопасное отключение аппарата.

Эксперты:

Сактаганова А.Б